

草津市 空間放射線量測定結果(R7年度) 上:グラウンド 下:駐車場 の値を記入 単位:μSv/h

計測地点	計測日	計測場所	1回目 (計測開始2分後)	2回目 (計測開始2.5分後)	3回目 (計測開始3分後)	計測結果(平均値)
参考:草津保健所 モニタリングポスト 付近	2025/12/22	公表値	0.070	0.070	0.070	0.070
		実測値	0.070	0.070	0.070	0.070
志津小学校	2025/12/22	グラウンド	0.100	0.060	0.080	0.080
		駐車場	0.070	0.070	0.070	0.070
志津南小学校	2025/12/22	グラウンド	0.080	0.080	0.080	0.080
		駐車場	0.090	0.070	0.090	0.083
草津小学校	2025/12/22	グラウンド	0.090	0.090	0.090	0.090
		駐車場	0.050	0.070	0.060	0.060
草津第二小学校	2025/12/22	グラウンド	0.100	0.090	0.110	0.100
		駐車場	0.090	0.060	0.070	0.073
渋川小学校	2025/12/22	グラウンド	0.090	0.100	0.090	0.093
		駐車場	0.080	0.070	0.080	0.077
矢倉小学校	2025/12/22	グラウンド	0.090	0.090	0.080	0.087
		駐車場	0.090	0.090	0.090	0.090
老上小学校	2025/12/22	グラウンド	0.130	0.130	0.120	0.127
		駐車場	0.080	0.060	0.060	0.067
老上西小学校	2025/12/22	グラウンド	0.080	0.090	0.080	0.083
		駐車場	0.080	0.090	0.070	0.080
玉川小学校	2025/12/22	グラウンド	0.090	0.090	0.110	0.097
		駐車場	0.080	0.090	0.110	0.093
南笠東小学校	2025/12/22	グラウンド	0.140	0.100	0.100	0.113
		駐車場	0.060	0.080	0.100	0.080
山田小学校	2025/12/22	グラウンド	0.090	0.110	0.090	0.097
		駐車場	0.080	0.060	0.070	0.070
笠縫小学校	2025/12/22	グラウンド	0.110	0.100	0.070	0.093
		駐車場	0.090	0.060	0.080	0.077
笠縫東小学校	2025/12/22	グラウンド	0.080	0.070	0.080	0.077
		駐車場	0.060	0.080	0.070	0.070
常盤小学校	2025/12/22	グラウンド	0.080	0.080	0.080	0.080
		駐車場	0.080	0.090	0.060	0.077
平均		グラウンド	0.096	0.091	0.090	0.093
		駐車場	0.077	0.074	0.077	0.076

* いずれも、自然界から放出されている放射線レベル(0.004~0.18μSv/h)で、異常値の検出はありませんでした。

■測定場所 各小学校グラウンドおよび駐車場

■測定機器 日立 シンチレーションTCS-1172

■計測位置 地上1m程度

■時定数30 (時定数の3倍の時間(1分30後)に計測数値が安定する。)

■計測方法 計測数値が安定した2分経過後から30秒毎の計測器の表示値を読み取り、平均値を計測結果とする。

■測定誤差 草津市サーベイメーターによる草津保健所モニタリングポストの値0.07、公表値0.07であったため、今回は、誤差なしと判断し、数値校正はしない。